

一、目的

1. 保持呼吸道通暢
2. 預防傷口感染

二、用物準備

1. 鐵製氣管套管2付
2. 固定帶2條
3. 優碘
4. 無菌生理食鹽水
5. 無菌小棉棒數包
6. 無菌Y型紗布(4×4公分 2)
7. 雙氧水
8. 小刷子
9. 不銹鋼便當盒



三、氣切造口照護

1. 洗淨雙手
2. 換藥前先抽痰




1



2

3. 打開內外管相連之扣絆，取下鐵頭氣管內套管。
4. 放入已消毒好之內管於氣切口內，並扣好開關。
5. 取下氣切口舊Y型紗布。
6. 以棉棒沾生理食鹽水，由內向外環狀擦拭，將氣切口周圍黏液清理乾淨。



7. 以棉棒沾優碘重覆以上步驟消毒氣切口。
8. 等優碘乾後(約 30 秒)，再以棉棒沾生理食鹽水清潔氣切傷口。
9. 取出無菌的Y型紗布套於氣切口上，並以紙膠布固定紗布。

使用氣管套管 病人的居家護理



- 10.更換套管固定帶，避免過緊或太鬆的鬆緊度，以可伸入二指寬度為宜。



四、內管取下後之清潔

- 1.取下髒的內套管放入碗中，倒入雙氧水浸泡十五分鐘。
- 2.再以小刷子刷洗沾黏在內套管上的痰液，並以清水沖淨。



- 3.消毒內套管以備下次更換使用，消毒方法如下：(可選擇其中一種)
 - a.內套管放入便當盒，置入電鍋內蒸煮30分鐘。

- b.內套管放入便當盒，盒內加水放於瓦斯爐上加熱，煮沸後再煮10~15分鐘。

五、注意事項

- 1.氣切口需保持清潔、乾燥，當發現氣切口周圍皮膚有發紅、腫或痰液有異味時，應立即就醫。
- 2.每日清潔氣切口並更換套管，若痰量多且黏稠，必須增加更換及清潔次數。

六、如果有下列問題，請與您的居家護理師聯絡：

- 1.無法順利放入氣管套管時。
- 2.抽痰時，痰液含有血絲。
- 3.患者出現呼吸急促、呼吸困難等現象。
- 4.氣切套管不慎滑脫出來時。

敬祝您

身體健康 平安吉祥

佛教慈濟醫療財團法人 各院區健康諮詢專線

花蓮慈濟醫院:(03)8562016

玉里慈濟醫院:(03)8882718 分機 9

關山慈濟醫院:(089)8148000 分機 128

台北慈濟醫院:(02)66289779 分機 2236

台中慈濟醫院:(04)25368069

大林慈濟醫院:(05)2648333

斗六慈濟醫院:(05)5372000 分機 127

嘉義慈濟診所:(05)2167000

網址：<https://dalin.tzuchi-healthcare.org.tw/>

大林慈院 113. 修訂